

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	OFTALMOLOGIA Página 1/1 Emissão: 03/09/2015
Tarefa: Preparação do paciente para consulta oftalmológica Executante: Enfermeiro e Técnico de enfermagem Frequência: Semanal		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado: realização da consulta com eficiência.

Recursos Necessários:

1. EPI (luvas de procedimento);
2. Álcool a 70%;
3. Colírio;
4. Pomada;
5. Algodão;
6. Esparadrapo;
7. Gaze;
8. Soro fisiológico a 0,9%;
9. Agulha 25 x 0,7 mm;
10. Almotolia com álcool gel.

Atividades:

1. Lavar as mãos;
2. Realizar assepsia da máquina a cada troca de paciente;
3. Pingar colírio conforme idade (seguir as orientações do passo a passo em anexo);
4. Aguardar o tempo necessário (seguir as orientações do passo a passo em anexo);
5. Passar na máquina;
6. Encaminhar para o consultório oftalmológico;
7. Organizar a sala ao término dos exames;
8. Higienizar as mãos;

Cuidados Especiais: Comunicar a enfermeira a necessidade de substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos.

Responsável pela elaboração: Coordenação de Enfermagem

Data e assinatura:

OFTALMOLOGIA

DRª. JOHAN

0 – 5 anos

15 min. 30 min.

1ª gota Mydriacyl ---> 2ª gota Mydriacyl ---> Máquina (Exame)

5 – 32 anos

15 min. 30 min.

1ª gota Mydriacyl ---> 2ª gota Cicloplégico ---> Máquina (Exame)

OBS: SÓ DILATAM OS PACIENTES COM IDADE ATÉ 32 ANOS!!

DR. ALAN

BOA VISÃO (DILATAR ATÉ 36 ANOS)

15 min. 30 min.

1ª gota Mydriacyl ---> 2ª gota Mydriacyl ---> Máquina (Exame)

EXAMES (NÃO PASSAR NA MÁQUINA).

CTD---> 1 gota de anestésico (tetracaína + fenilefrina) em cada olho

OBS: ESPERAR O INTERVALO DE 1 HORA PARA MEDIÇÃO.

15 min.

MAPEAMENTO---> 1ª gota Mydriacyl (Tropicamida) ---> 2ª gota Mydriacyl

ATENÇÃO: SE O PACIENTE TAMBÉM FOR FAZER CTD SÓ DEVE DILATAR NA TERCEIRA MEDIÇÃO.

PAQUIMETRIA ---> 1 gota de anestésico (tetracaína + fenilefrina) em cada olho

ATENÇÃO: PACIENTES COM GLAUCOMA E GESTANTES NÃO DILATAM.